惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：博H[illegible]　　巡检日期：2022年 1 月 4 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：①窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	√	
	检查耗材（1）	√	
辅助设备检查	站房卫生（1）	√	
	站房门窗的密封性检查（1）	√	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	√	
	室内温湿度（1）	√	
	空调（1）	√	
	空气压缩机压力（1）	√	
	压缩机排水（1）	√	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	√	
	采样系统流量（1）	√	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	√	
	手动反吹检查（1）	√	
	采样泵流量（1）	√	
	制冷器温度（1）	√	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	√	
	空气过滤器（1）	√	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	√	
	烟气分析仪状态检查（1）	√	
	烟气分析仪校准（2）	√	
	测量数据检查（1）	√	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	√	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	√	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	√	
	温度测量数据（1）	√	
	湿度测量数据（1）	√	
数据传输装置	通信线的连接（1）	√	
	传输设备电源（1）	√	
巡检人员签字			
异常情况处理记录	调整零、SO2、NO、O2校对。联网运维方[illegible]		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d至少进行一次的维护，“2”为每15d至少进行一次的维护，“3”为每30d至少进行一次的维护，“4”为每90d至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

2022.1.4.

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 1 月 11 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：①窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	√	
	检查耗材（1）	√	
辅助设备检查	站房卫生（1）	√	
	站房门窗的密封性检查（1）	√	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	√	
	室内温湿度（1）	√	
	空调（1）	√	
	空气压缩机压力（1）	√	
	压缩机排水（1）	√	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	√	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	√	
	探头、管路加热温度检查（1）	√	
	采样系统流量（1）	√	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	√	
	手动反吹检查（1）	√	
	采样泵流量（1）	√	
	制冷器温度（1）	√	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	√	
	空气过滤器（1）	√	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	√	
	烟气分析仪状态检查（1）	√	
	烟气分析仪校准（2）	√	
	测量数据检查（1）	√	
	全系统校准（4）	/	
	系统校验（5）	/	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	√	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	√	
	监测数据检查（1）	√	
	校准（3）	√	
流速监测系统检查	探头检查（4）	/	
	反吹装置（3）	/	
	测量传感器（3）	/	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	√	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	√	
	温度测量数据（1）	√	
	湿度测量数据（1）	√	
数据传输装置	通信线的连接（1）	√	
	传输设备电源（1）	√	
巡检人员签字	[illegible]		
异常情况处理记录	设备故障，SO2、NO、O2 数据无效，检查仪器发现故障，更换后恢复正常。		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年1月18日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：①线宽院	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字	[illegible]		
异常情况处理记录	设备正常、SO2、NO、O2零点、量程标准气正常。		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 1月25日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：[illegible]	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	√	
	检查耗材（1）	√	
辅助设备检查	站房卫生（1）	√	
	站房门窗的密封性检查（1）	√	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	√	
	室内温湿度（1）	√	
	空调（1）	√	
	空气压缩机压力（1）	√	
	压缩机排水（1）	√	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	√	
	采样系统流量（1）	√	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	√	
	手动反吹检查（1）	√	
	采样泵流量（1）	√	
	制冷器温度（1）	√	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	√	
	空气过滤器（1）	√	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	√	
	烟气分析仪状态检查（1）	√	
	烟气分析仪校准（2）	√	
	测量数据检查（1）	√	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	√	
	校准（3）	√	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	√	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	√	
	温度测量数据（1）	√	
	湿度测量数据（1）	√	
数据传输装置	通信线的连接（1）	√	
	传输设备电源（1）	√	
巡检人员签字	[illegible]		
异常情况处理记录	[illegible]		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：塔顺 四号炉　　巡检日期：2022年 2月 14日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：四号窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	✓	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	✓	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	✓	
	系统校验（5）	✓	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	✓	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	✓	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	✓	
流速监测系统检查	探头检查（4）	✓	
	反吹装置（3）	✓	
	测量传感器（3）	✓	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字			
异常情况处理记录			

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d至少进行一次的维护，“2”为每15d至少进行一次的维护，“3”为每30d至少进行一次的维护，“4”为每90d至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：博罗D3　　巡检日期：2022年 2 月 22 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：D3宿舍	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	如附	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字		杨裕、郭灿约	
异常情况处理记录	设备正常，SO_2、NO、O2校准正常，数采仪联网正常。温度记如附。已通知企业。		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

海君

惠州市绿科环保有限公司

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：塔牌.　　巡检日期：2022年 3 月 1 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：1号线室屋	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓ 25°C	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	✓	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）		
	系统校验（5）		
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	✓	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	✓	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	✓	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字		邓汉权、陈志雄.	
异常情况处理记录	日常巡检、校准CEMS、粉尘仪. 设备运行正常、联网正常.		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

广东省惠州市绿科环保有限公司 环境监测专用章

广东省

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2023 年 3 月 8 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：1号窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	√	
	检查耗材（1）	√	
辅助设备检查	站房卫生（1）	√	
	站房门窗的密封性检查（1）	√	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	√	
	室内温湿度（1）	√	
	空调（1）	√	
	空气压缩机压力（1）	√	
	压缩机排水（1）	√	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	√	
	采样系统流量（1）	√	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	√	
	手动反吹检查（1）	√	
	采样泵流量（1）	√	
	制冷器温度（1）	√	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	√	
	空气过滤器（1）	√	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	√	
	烟气分析仪状态检查（1）	√	
	烟气分析仪校准（2）	√	
	测量数据检查（1）	√	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	√	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	√	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	√	
	温度测量数据（t）	√	
	湿度测量数据（1）	√	
数据传输装置	通信线的连接（1）	√	
	传输设备电源（1）	√	
巡检人员签字		[illegible]	
异常情况处理记录	温心检、SO_2、NO、O_2 校准，数据正常		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

涂永宏

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 3 月 15 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：1号烟囱	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	✓	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字			
异常情况处理记录	设备正常，SO2、NO、O2指标无异常。		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

[illegible]

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 3 月 22 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：1号窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字		[illegible]	
异常情况处理记录	设备正常。SO2、NOx 在标准之内。粉尘浓度在标准之内。		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

[illegible]

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：增城　　巡检日期：2022 年 3 月 29 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：①线窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	\	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字			
异常情况处理记录	设备正常，无异常情况发生。		

注：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
备注：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

涂永生

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 4 月 6 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：[illegible]	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	✓	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	✓	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	✓	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字		[illegible]	
异常情况处理记录	海汇控，SO2，NO.O2 [illegible]，[illegible] [illegible]。 [illegible] 海汇现场		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

海汇达

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：博林玛　　巡检日期：2022 年 4 月 12 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：1号窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	√	
	检查耗材（1）	√	
辅助设备检查	站房卫生（1）	√	
	站房门窗的密封性检查（1）	√	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	√	
	室内温湿度（1）	√	
	空调（1）	√	
	空气压缩机压力（1）	√	
	压缩机排水（1）	√	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	√	
	采样系统流量（1）	√	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	√	
	手动反吹检查（1）	√	
	采样泵流量（1）	√	
	制冷器温度（1）	√	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	√	
	空气过滤器（1）	√	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	√	
	烟气分析仪状态检查（1）	√	
	烟气分析仪校准（2）	√	
	测量数据检查（1）	√	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	√	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	√	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	√	
	温度测量数据（1）	√	
	湿度测量数据（1）	√	
数据传输装置	通信线的连接（1）	√	
	传输设备电源（1）	√	
巡检人员签字	张桂松、王丹华		
异常情况处理记录	水处检、SO2、NO、O2校准、数据仪表网络异常		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

涂永生

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：七彩虹　　巡检日期：2022年 4 月 19 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：1号窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	✓	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他辅气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字			
异常情况处理记录	设备检查、SO2、NO、O2校准、零点校准、 烟气流量校准、数据联网正常		

注：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
频次：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：增牌　　巡检日期：2022年 4 月 26 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：增城	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓ 25°C	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）		
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）		
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）		
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）		
流速监测系统检查	探头检查（4）		
	反吹装置（3）		
	测量传感器（3）		
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字	邓俊双 杨权		
异常情况处理记录	时间机，设备运行正常，校准CEMS。		

注：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
“1”为每7d至少进行一次的维护，“2”为每15d至少进行一次的维护，“3”为每30d至少进行一次的维护，“4”为每90d至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

梁玉兔

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 5 月[illegible] 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：[illegible]	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	✓	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	✓	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	✓	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字	[illegible]		
异常情况处理记录	烟气超标、SO2、NOx、O2超标、[illegible] [illegible]		

注：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

[illegible]

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 5 月 10 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：[illegible]	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	√	
	检查耗材（1）	√	
辅助设备检查	站房卫生（1）	√	
	站房门窗的密封性检查（1）	√	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	√	
	室内温湿度（1）	√	
	空调（1）	√	
	空气压缩机压力（1）	√	
	压缩机排水（1）	√	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	√	
	采样系统流量（1）	√	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	√	
	手动反吹检查（1）	√	
	采样泵流量（1）	√	
	制冷器温度（1）	√	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	√	
	空气过滤器（1）	√	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	√	
	烟气分析仪状态检查（1）	√	
	烟气分析仪校准（2）	√	
	测量数据检查（1）	√	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	√	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	√	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	√	
	温度测量数据（1）	√	
	湿度测量数据（1）	√	
数据传输装置	通信线的连接（1）	√	
	传输设备电源（1）	√	
巡检人员签字	[illegible]		
异常情况处理记录	校准校、SO_2、NO、O_2 校准、数采仪同时		

注：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
维护：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 7 月 19 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：四号宿舍	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	✓	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	✓	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）		
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	✓	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	✓	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	✓	
流速监测系统检查	探头检查（4）	✓	
	反吹装置（3）	✓	
	测量传感器（3）	✓	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字		[illegible]	
异常情况处理记录	添加粉尘、SO_2、NO、O_2、粉尘标样。 [illegible]		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

惠州市绿科环保有限公司

[illegible]

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 7月26日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：1号窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	√	
	检查耗材（1）	√	
辅助设备检查	站房卫生（1）	√	
	站房门窗的密封性检查（1）	√	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	√	
	室内温湿度（1）	√	
	空调（1）	√	
	空气压缩机压力（1）	√	
	压缩机排水（1）	√	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	√	
	采样系统流量（1）	√	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	√	
	手动反吹检查（1）	√	
	采样泵流量（1）	√	
	制冷器温度（1）	√	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	√	
	空气过滤器（1）	√	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	√	
	烟气分析仪状态检查（1）	√	
	烟气分析仪校准（2）	√	
	测量数据检查（1）	√	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	√	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	√	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	√	
	温度测量数据（1）	√	
	湿度测量数据（1）	√	
数据传输装置	通信线的连接（1）	√	
	传输设备电源（1）	√	
巡检人员签字	[illegible]		
异常情况处理记录	冷却柱. so2. no. o2 [illegible]		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

[illegible]

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022 年 8 月 2 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：1号窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	✓	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字		[illegible]	
异常情况处理记录	冷却水松 SO_2、NO、O_2 校准，粉尘零点校准 正按完全抽取法操作		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

[illegible]

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：中海粮

巡检日期：2021年8月9日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：1号窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字			
异常情况处理记录	设备正常。SO_2、NO、O_2 标气		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。

注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

海荣兰

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：电镀厂　　巡检日期：2022年 8 月 16 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：1号宿舍	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）		
	检查耗材（1）		
辅助设备检查	站房卫生（1）		
	站房门窗的密封性检查（1）		
	供电系统（稳压、UPS等）（1）		
	室内温湿度（1）		
	空调（1）		
	空气压缩机压力（1）		
	压缩机排水（1）		
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）		
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）		
	探头、管路加热温度检查（1）		
	采样系统流量（1）		
	反吹过滤装置、阀门检查（1）		
	手动反吹检查（1）		
	采样泵流量（1）		
	制冷器温度（1）		
	排水系统、管路冷凝水检查（1）		
	空气过滤器（1）		
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）		
	烟气分析仪状态检查（1）		
	烟气分析仪校准（2）		
	测量数据检查（1）		
	全系统校准（4）		
	系统校验（5）		
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）		
	分析仪的光路检查、清洗（3）		
	监测数据检查（1）		
	校准（3）		
流速监测系统检查	探头检查（4）		
	反吹装置（3）		
	测量传感器（3）		
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）		
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）		
	温度测量数据（1）		
	湿度测量数据（1）		
数据传输装置	通信线的连接（1）		
	传输设备电源（1）		
巡检人员签字			
异常情况处理记录	路由器、数采仪内部锂电池老化，而导致掉落空。 广内修中。		

注：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

惠州市绿科环保有限公司

梁永光

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：博邦 巡检日期：2022年 8 月 22 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：1#3#窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	√	
	检查耗材（1）	√	
辅助设备检查	站房卫生（1）	√	
	站房门窗的密封性检查（1）	√	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	√	
	室内温湿度（1）	√	
	空调（1）	√	
	空气压缩机压力（1）	√	
	压缩机排水（1）	√	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	√	
	采样系统流量（1）	√	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	√	
	手动反吹检查（1）	√	
	采样泵流量（1）	√	
	制冷器温度（1）	√	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	√	
	空气过滤器（1）	√	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	√	
	烟气分析仪状态检查（1）	√	
	烟气分析仪校准（2）	√	
	测量数据检查（1）	√	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	√	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	√	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	√	
	温度测量数据（1）	√	
	湿度测量数据（1）	√	
数据传输装置	通信线的连接（1）	√	
	传输设备电源（1）	√	
巡检人员签字	涂承光		
异常情况处理记录	设备正检，SO2折算数据超标，时间8月22日9:00。粉尘折算数据超标，时间8月22日9:20-10:00。原因：环境湿度分析仪测得抽取采样气氛量超过1%，导致折算数据超标，实测数据正常		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。

注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

涂承光

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 8 月 23 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：四号宿舍	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	√	
	检查耗材（1）	√	
辅助设备检查	站房卫生（1）	√	
	站房门窗的密封性检查（1）	√	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	√	
	室内温湿度（1）	√	
	空调（1）	√	
	空气压缩机压力（1）	√	
	压缩机排水（1）	√	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	√	
	采样系统流量（1）	√	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	√	
	手动反吹检查（1）	√	
	采样泵流量（1）	√	
	制冷器温度（1）	√	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	√	
	空气过滤器（1）	√	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	√	
	烟气分析仪状态检查（1）	√	
	烟气分析仪校准（2）	√	
	测量数据检查（1）	√	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	√	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	√	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	√	
	温度测量数据（1）	√	
	湿度测量数据（1）	√	
数据传输装置	通信线的连接（1）	√	
	传输设备电源（1）	√	
巡检人员签字			
异常情况处理记录	设备正常。SO2、NO2标气正常。数采仪数据正常。		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 8 月 30 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：①号窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	√	
	检查耗材（1）	√	
辅助设备检查	站房卫生（1）	√	
	站房门窗的密封性检查（1）	√	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	√	
	室内温湿度（1）	√	
	空调（1）	√	
	空气压缩机压力（1）	√	
	压缩机排水（1）	√	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	√	
	采样系统流量（1）	√	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	√	
	手动反吹检查（1）	√	
	采样泵流量（1）	√	
	制冷器温度（1）	√	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	√	
	空气过滤器（1）	√	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	√	
	烟气分析仪状态检查（1）	√	
	烟气分析仪校准（2）	√	
	测量数据检查（1）	√	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	√	
	监测数据检查（1）	√	
	校准（3）	√	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	√	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	√	
	温度测量数据（1）	√	
	湿度测量数据（1）	√	
数据传输装置	通信线的连接（1）	√	
	传输设备电源（1）	√	
巡检人员签字	[illegible]		
异常情况处理记录	冷凝水排空、SO2、NOx、粉尘校准、粉尘仪清洁、零点校准		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

[illegible]

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 9 月 6 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：[illegible]	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数及数据传输装置	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字	[illegible]		
备注	设备粉尘、SO2、NO、O2校准正常。		

注：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

[illegible]

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

巡检日期：2022年 9 月 14 日

企业名称：博雅	
气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：①号窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护保养	查询日志（1）	√	
	检查耗材（1）	√	
辅助设备检查	站房卫生（1）	√	
	站房门窗的密封性检查（1）	√	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	√	
	室内温湿度（1）	√	
	空调（1）	√	
	空气压缩机压力（1）	√	
	压缩机排水（1）	√	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	√	
	采样系统流量（1）	√	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	√	
	手动反吹检查（1）	√	
	采样泵流量（1）	√	
	制冷器温度（1）	√	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	√	
	空气过滤器（1）	√	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	√	
	烟气分析仪状态检查（1）	√	
	烟气分析仪校准（2）	√	
	测量数据检查（1）	√	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	√	
	校准（3）	√	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	√	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	√	
	温度测量数据（1）	√	
	湿度测量数据（1）	√	
数据传输装置	通信线的连接（1）	√	
	传输设备电源（1）	√	
巡检人员签字	林钢、余先之		
异常情况处理记录	设备正常、SO2、NO、O2 标气、烟气仪滤芯探头、零点校准、数采仪联网正常。		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。

注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

余先之

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2021年 9月 20日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：[illegible]	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字	[illegible]		
异常情况处理记录	调试程、SO2、NO、O2校准 修好		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

[illegible]

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2021年 9 月 26 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：[illegible]	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	✓	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	✓	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	冷凝器加降	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	✓	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字		[illegible]	
异常情况处理记录	设备巡检，SO_2数据异常，粉尘数据异常，时间9月25日18:00-19:00，原因：冷凝器加降结冰，冷凝水进入分析仪，导致数据异常，现场拆卸冷凝器采样管抽取完毕，重新通标定20L，数据恢复正常。		

注：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。

注：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。现场检查正常。

[illegible]

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2021 年 10 月 11 日

气态污染物CEMS设备生产商：	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

进行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）		
	检查耗材（1）		
辅助设备检查	站房卫生（1）		
	站房门窗的密封性检查（1）		
	供电系统（稳压、UPS等）（1）		
	室内温湿度（1）		
	空调（1）		
	空气压缩机压力（1）		
	压缩机排水（1）		
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）		
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）		
	探头、管路加热温度检查（1）		
	采样系统流量（1）		
	反吹过滤装置、阀门检查（1）		
	手动反吹检查（1）		
	采样泵流量（1）		
	制冷器温度（1）		
	排水系统、管路冷凝水检查（1）		
	空气过滤器（1）		
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）		
	烟气分析仪状态检查（1）		
	烟气分析仪校准（2）		
	测量数据检查（1）		
	全系统校准（4）		
	系统校验（5）		
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）		
	分析仪的光路检查、清洗（3）		
	监测数据检查（1）		
	校准（3）		
流速监测系统检查	探头检查（4）		
	反吹装置（3）		
	测量传感器（3）		
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）		
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）		
	温度测量数据（1）		
	湿度测量数据（1）		
数据传输装置	通信线的连接（1）		
	传输设备电源（1）		
巡检人员签字			
异常情况处理记录	设备正常运行，疫情无巡检。		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

[illegible]

LVKE ENVIRONMENTAL PROTECTION 绿科环保

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

名称：[illegible]　　巡检日期：2021 年 10 月 18 日

污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
地点：1号窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

维护内容及处理说明：

内容	维护情况	备注
查询日志（1）		
检查耗材（1）		
站房卫生（1）		
站房门窗的密封性检查（1）		
供电系统（稳压、UPS等）（1）		
室内温湿度（1）		
空调（1）		
空气压缩机压力（1）		
压缩机排水（1）		
采样管路气密性检查（3）		
清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）		
探头、管路加热温度检查（1）		
采样系统流量（1）		
反吹过滤装置、阀门检查（1）		
手动反吹检查（1）		
采样泵流量（1）		
制冷器温度（1）		
排水系统、管路冷凝水检查（1）		
空气过滤器（1）		
标气有效期、钢瓶压力检查（1）		
烟气分析仪状态检查（1）		
烟气分析仪校准（2）		
测量数据检查（1）		
全系统校准（4）		
系统校验（5）		

颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）		
	分析仪的光路检查、清洗（3）		
	监测数据检查（1）		
	校准（3）		
流速监测系统检查	探头检查（4）		
	反吹装置（3）		
	测量传感器（3）		
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）		
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）		
	温度测量数据（1）		
	湿度测量数据（1）		
数据传输装置	通信线的连接（1）		
	传输设备电源（1）		
巡检人员签字			
异常情况处理记录	海日常巡检，疫情未巡检		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

海君

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：塔牌　　巡检日期：2021年 10 月 25 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：1号窑尾	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

进行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	✓	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	✓	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	✓	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	✓	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	✓	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字			
异常情况处理记录	设备正常，SO2、NOx、O2 校准、粉尘仪零点校准。 数据上报可以。		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

潘君兰

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 11月 8 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：[illegible]	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	√	
	检查耗材（1）	√	
辅助设备检查	站房卫生（1）	√	
	站房门窗的密封性检查（1）	√	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	√	
	室内温湿度（1）	√	
	空调（1）	√	
	空气压缩机压力（1）	√	
	压缩机排水（1）	√	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	√	
	采样系统流量（1）	√	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	√	
	手动反吹检查（1）	√	
	采样泵流量（1）	√	
	制冷器温度（1）	√	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	√	
	空气过滤器（1）	√	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	√	
	烟气分析仪状态检查（1）	√	
	烟气分析仪校准（2）	√	
	测量数据检查（1）	√	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	√	
	校准（3）	√	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	√	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	√	
	温度测量数据（1）	√	
	湿度测量数据（1）	√	
数据传输装置	通信线的连接（1）	√	
	传输设备电源（1）	√	
巡检人员签字	[illegible]		
异常情况处理记录	测心数、SO2、NOx、O2 数值、特别之处注明		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

海陆

LVKE ENVIRONMENTAL PROTECTION 绿科环保

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 11 月 2 日

污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
地点：[illegible]实验室	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

维护内容及处理说明：

内容	维护情况	备注
查询日志（1）	√	
检查耗材（1）	√	
站房卫生（1）	√	
站房门窗的密封性检查（1）	√	
供电系统（稳压、UPS等）（1）	√	
室内温湿度（1）	√	
空调（1）	√	
空气压缩机压力（1）	√	
压缩机排水（1）	√	
采样管路气密性检查（3）	\	
洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
探头、管路加热温度检查（1）	√	
采样系统流量（1）	√	
反吹过滤装置、阀门检查（1）	√	
手动反吹检查（1）	√	
采样泵流量（1）	√	
制冷器温度（1）	√	
排水系统、管路冷凝水检查（1）	√	
空气过滤器（1）	√	
标气有效期、钢瓶压力检查（1）	√	
烟气分析仪状态检查（1）	√	
烟气分析仪校准（2）	√	
测量数据检查（1）	√	
全系统校准（4）	\	
系统校验（5）	\	

颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	√	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	√	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	√	
	温度测量数据（1）	√	
	湿度测量数据（1）	√	
数据传输装置	通信线的连接（1）	√	
	传输设备电源（1）	√	
巡检人员签字	[illegible]		
异常情况处理记录	设定值，SO2-30%-0%，标气，更换数字仪，14:50-15:30。		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2022年 11 月 15 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：[illegible]	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	\	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字		[illegible]	
异常情况处理记录	[illegible]		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

[illegible]

惠州市绿科环保有限公司
完全抽取法CEMS日常巡检记录表

企业名称：[illegible]　　巡检日期：2021年 11 月 27 日

气态污染物CEMS设备生产商：雪迪龙	气态污染物CEMS设备规格型号：
颗粒物CEMS设备生产商：雪迪龙	颗粒物CEMS设备规格型号：
安装地点：[illegible]	维护单位：惠州市绿科环保有限公司

运行维护内容及处理说明：

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志（1）	✓	
	检查耗材（1）	✓	
辅助设备检查	站房卫生（1）	✓	
	站房门窗的密封性检查（1）	✓	
	供电系统（稳压、UPS等）（1）	✓	
	室内温湿度（1）	✓	
	空调（1）	✓	
	空气压缩机压力（1）	✓	
	压缩机排水（1）	✓	
气态污染物监测设备检查	采样管路气密性检查（3）	\	
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵（3）	\	
	探头、管路加热温度检查（1）	✓	
	采样系统流量（1）	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查（1）	✓	
	手动反吹检查（1）	✓	
	采样泵流量（1）	✓	
	制冷器温度（1）	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查（1）	✓	
	空气过滤器（1）	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查（1）	✓	
	烟气分析仪状态检查（1）	✓	
	烟气分析仪校准（2）	✓	
	测量数据检查（1）	✓	
	全系统校准（4）	\	
	系统校验（5）	\	
颗粒物监测设备检查	鼓风机、空气过滤器检查（3）	\	
	分析仪的光路检查、清洗（3）	\	
	监测数据检查（1）	✓	
	校准（3）	✓	
流速监测系统检查	探头检查（4）	\	
	反吹装置（3）	\	
	测量传感器（3）	\	
	流速、流量、烟道压力测量数据（1）	✓	
其他烟气监测参数	氧含量测量数据（1）	✓	
	温度测量数据（1）	✓	
	湿度测量数据（1）	✓	
数据传输装置	通信线的连接（1）	✓	
	传输设备电源（1）	✓	
巡检人员签字		[illegible]	
异常情况处理记录	水质在、SO2、NOx、O2校准、粉尘仪零点校准、零点漂移正常		

注1：正常请打“√”；不正常请打“×”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。
注2：“1”为每7d 至少进行一次的维护，“2”为每15d 至少进行一次的维护，“3”为每30d 至少进行一次的维护，“4”为每90d 至少进行一次的维护，“5”为每90d（无自动校准功能）或每180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。